technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ7G00AZ

TECHNOTHROMBIN® TGA Reagent RD 5x1.5mL

REF 5006220

LOT 7G83A03.01

⌛ 31-May-2015

Inhalt Content	Reagenz Reagent	LOT	⌛
5x1.5mL	TGA Reagent RD	7G83A03	31-May-2015

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Kontrollwiederfindung Recovery of controls	TGA Control High (nM Peak Thrombin) LOT 1B12B01)	166 - 308	281.0	OK
	TGA Control Low (nM Peak Thrombin) LOT 2B02BRV	129 - 239	218.1	OK

Durchführung von
Prepared by

F. Nasseh

13-Jun-2013
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Harald SEVCIK

14. JUNI 2013
Datum / Date: