

	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ3A00AZ.03
---	---	-------------


Technoclot Control A 10x1mL

REF 5021070
LOT 3A41B00.02
 30-Apr-2018

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.8	OK
Virologie Virology	HbsAg HIV 1,2 Ab HCV	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	DAPTTIN TC, sec	86.7 – 107.1	94.3	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by


Lavdrim NASUFI


Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Fikret NASUFI


Datum / Date: