




ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3U00AZ.01

TECHNOVIEW Arixtra Control L 6x1mL

REF 5090012

LOT 3U51B00.01

 31-Aug-2017

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HbsAg HIV 1,2 Ab HCV	Negativ Negativ Negativ	Negativ Negativ Negativ	OK
Richtwert Expected value Ceveron® alpha	Anti Xa	0.32 – 0.60 µg/mL	0.46	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Anti Xa	0.32 – 0.60 µg/mL	0.46	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by


Monika WEINBAUER

08-Oct-2015
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Lucas ROSENMAYR

07-Oct-2015
Datum / Date: