



# ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS


DQ0900AZ.01.

## TECHNOVIEW RIVAROXABAN® Calibartor Set

REF 50 901 70

LOT 0921B00

Herstelldatum /  
Date of manufacturing 29.08.2012 2016 – 12 - 31

Inhalt	Reagenz	LOT	
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 1	5103B01	31.12.2016
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 2	5601B01	31.12.2016
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 3	5711B01	31.12.2016
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 4	5811B01	31.12.2016
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 5	5911B01	31.12.2016

Test		Spezifikation	Ergebnis
Wiederfindung der Kontrollen / Recovery of controls	RIVAROXABAN® CON Low Lot: 3402B00	60 ng/ml (42 – 78)	54,8 U/ml
	RIVAROXABAN® CON Medium Lot: 3502B00	145,6 ng/ml (101,9 – 189,3)	154,3 U/ml
Chargenspezifische Wertetabelle ist beigelegt / Batch specific table insert included		Ja / Yes	Ja / Yes

Erstellt / created: E.Tschokert

Unterschrift / signature:



Datum / date: 30.08.2012

Charge freigegeben / batch is released:  Ja / yes Nein / no

Freigegeben / released:

Unterschrift / signature:



Datum / date: 30.8.12