



# ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ0300AZ.01.

## TECHNOVIEW RIVAROXABAN® Calibrator Set High

REF 50 901 71

LOT 0322B00

Herstelldatum /  
Date of manufacturing 29.08.2012 2016 – 12 - 31

Inhalt	Reagenz	LOT	
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 1 High	5101B01	31.12.2016
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 2 High	5201B01	31.12.2016
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 3 High	5302B01	31.12.2016
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 4 High	5401B01	31.12.2016
1 x 1 ml	Technoview RIVAROXABAN® Cal 5 High	5501B01	31.12.2016

Test		Spezifikation	Ergebnis
Wiederfindung der Kontrollen / Recovery of controls	RIVAROXABAN® CON Low Lot: 3402B00	60 ng/ml (42 – 78)	56,2 ng/ml
	RIVAROXABAN® CON Medium Lot: 3502B00	145,6 ng/ml (101,9 – 189,3)	116,9 ng/ml
	RIVAROXABAN® CON High Lot: 3301B00	305,3 ng/ml (244,2 – 366,4)	288,7 ng/ml
Chargenspezifische Wertetabelle ist beigelegt / Batch specific table insert included		Ja / Yes	Ja / Yes

Erstellt / created: E.Tschokert

Unterschrift / signature: 

Datum / date: 30.08.2012

Charge freigegeben / batch is released:  Ja / yes Nein / no

Freigegeben / released:

Unterschrift / signature: 

Datum / date: 30.8.12

DQ03000.01

Seite 1 / 1

PP/ 625 / 12 /