technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ420DAZ.01

Factor II deficient plasma, depleted 5x1mL

REF 5114008

LOT 4221B0E.01

31-May-2016

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.8	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P44B00	78.0 – 130.0 %	117.2	OK
	CCA LOT 3P24B00	14.3 – 23.8 %	21.6	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Lavdrim NASUFI

23-May-2014
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Alessandro BENIGNI

23-May-2014
Datum / Date: