technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4E00AZ.02

F XI Mangelplasma, nativ 5x1mL

REF 5184004

LOT 4E31B01.01

31-Dec-2016

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.6	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P37B00	85.5 – 142.5 %	106.0	OK
	CCA LOT 3P38B00	33.0 – 55.0 %	40.3	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Lavdrim NASUFI

28-Apr-2015
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Alessandro BENIGNI

29-Apr-2015
Datum / Date: