technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4K00AZ.02

Fitzgerald Trait Plasma, 2x1mL

REF 5204006

LOT 4K31B0D.01

30-Nov-2015

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		6.9 – 7.3	7.0	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P14B00	75.0 – 125.0 %	102.1	OK
	CCA LOT 3P24B00	22.5 – 37.5 %	31.2	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Lavdrim NASUFI

16-Dec-2013
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

N. BUSZER

16-DEC-2013
Datum / Date: