



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ9C00AZ.02

Ca-Chloridlösung 25mmol/L 100mL

REF 5277015
LOT 9C51BC0.01
⌚ 29-Feb-2020

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
CaCl ₂ Gehalt CaCl ₂ Content		23.5 – 26.5 mmol/L	24.7	OK	
Verwendbarkeit, Usability Ceveron® alpha	FXII	CCN LOT 1P44B00	81.8 – 136.3 %	110.3	OK
		CCA LOT 3P38B00	33.8 – 56.3 %	43.7	OK
Etiketten Überprüfung Label Verification			OK		

Durchführung von
Prepared by

M. WEINBAUER *Aug. Weisner*

19-Feb-2015
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Alessandro BENIGNI *Alessandro Benigni*

19-Feb-2015
Datum / Date: