technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ9C00AZ.02

Ca-Chloridlösung 25mmol/L 25mL

REF 5277017

LOT 9C43BB0.01

31-May-2019

Analytische Prozedur Analytical Procedure			Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
$CaCl_2$ Gehalt $CaCl_2$ Content			23.5 – 26.5 mmol/L	23.7	OK
Verwendbarkeit, Usability Ceveron® alpha	Siron LS	CCN LOT 1P44B00	26.1 – 32.3 sec	27.8	OK
		TCA LOT 3P31B01	66.2 – 81.8 sec	76.3	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification				OK	

Durchführung von
Prepared by

Lavdrim NASUFI

05-Jun-2014
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Lucas HOLOVICZ

05-Jun-2014
Datum / Date: