

Purified human Factor Xa Facteur Xa humain purifié

Vial of 10 µg / Flacon de 10 µg
Set of 6x10 µg / Coffret de 6x10 µg

Ref. EZ007A / EZ007K

STORE AT
2-8 °C

CONSERVER A
2-8 °C



Lot: 130402B

Expiration: 2017-04

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA/RESULTATS D'ANALYSE		SPECIFICATIONS
1.	<u>Protein Content / Teneur protéique</u> (Lowry method / Méthode Lowry) 10 µg/vial (µg/flacon)	> 8 µg/vial
2.	<u>SDS-PAGE (4-12 % acrylamide)</u> 1 major band of about: 1 bande principale d'environ : 59000 daltons	FX zymogen: 1 major band of about 59,000 daltons
3.	<u>Chromogenic activity on FXa substrate/ Activité Chromogénique sur substrat FXa</u> (10 µg/ml) - A405 With RVV / D0405 avec RVV : 1.137 - A405 without RVV/ D0405 sans RVV : 1.074	Δ A405 < 10%
4.	<u>Enzymatic activity (on substrate CS-11 (32)) / Activité enzymatique (sur substrat CS-11 (32)):</u> 23.6 nkats	≥ 20nkats
5.	<u>Specific activity / Activité spécifique:</u> 2.36 nkats/µg (chromogenic on CS-11(32))	≥ 1.75 nkats/µg
6.	<u>Batch homogeneity / Homogénéité de lot:</u> N = 3 CV : 0.7 %	N ≥ 3 CV ≤ 3%

CONCLUSIONS

DATE : 15/04/2013

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

NAME : S. DESSEAUVE