
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ6V0BAZ.03
---	---	-------------

Dapttin TC 20x10mL

REF 5035100
LOT 6V55BB0.01
 31-Oct-2017

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	6.6 – 7.2	6.9	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P37B00	33.1 – 40.9 sec	33.7 OK
	CCA LOT 3P38B00	96.5 – 119.1 sec	102.9 OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK	

Durchführung von
Prepared by

Alessandro BENIGNI

03. DEZ. 2015

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Lavdrim NASUFI

03. DEZ. 2015

Datum / Date: