
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4K00AZ.02
---	---	-------------

Fitzgerald Trait Plasma, 2x1mL

REF 5204006
LOT 4K51B0D.02
 31-Mar-2017


Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH	6.9 – 7.3	7.1	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron [®] alpha	CCN LOT 1P37B00	77.3 – 128.8 %	109.4	OK
	CCA LOT 3P38B00	27.0 – 45.0 %	31.4	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK		

Durchführung von
Prepared by


Lucas ROSENMAYR

07-Aug-2015
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Monika WEINBAUER

07-Aug-2015
Datum / Date: