

	<b>ANALYSENZERTIFIKAT</b> <b>CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ9J00AZ.02
---	---	-------------

### Imidazol Puffer 500mL

REF      5410014  
LOT      9J61BG0.01  
      31-Mar-2021

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH	7.2 – 7.6	7.5	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha Fibrinogen, Clauss Method	CCN <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">LOT</span> 1P37B00	2.52 – 3.78 g/L	3.57	OK
	CCA <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">LOT</span> 3P38B00	0.93 – 1.39 g/L	1.19	OK
Etiketten Überprüfung Label Verification		OK		

**Durchführung von**  
**Prepared by**

  
**Christoph ENNE**

15. APR. 2016

Datum / Date:

**Freigabe von**  
**Approved by**

  
**Monika WEINBAUER**

15. APR. 2016

Datum / Date: