



ANALYSENZERTIFIKAT  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ4K00AZ.02

Fitzgerald Trait Plasma, 2x1mL

REF 5204006

LOT 4K71B0D.01

⌚ 31-Jan-2019

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.9	7.6	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P37B01	77.3 – 128.8 %	81.9 OK
	CCA LOT 3P38B01	27.0 – 45.0 %	33.8 OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK	

Durchführung von  
Prepared by

Michael KAFKA 

24. JAN. 2017  
Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

Fikret NASUFI 

24. JAN. 2017  
Datum / Date: