

	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4K00AZ.02
---	---	-------------

Fitzgerald Trait Plasma, 2x1mL

REF 5204006
LOT 4K72B0D.01
 28-Feb-2019

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.9	7.7	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P37B01	77.3 – 128.8 %	103.2 OK
	CCA LOT 3P38B01	27.0 – 45.0 %	36.8 OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code verification		OK	

Durchführung von
Prepared by

Michael KAFKA 

05. APR. 2017

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Christoph ENNE

05. APR. 2017

Datum / Date: