
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ9J00AZ.02
---	---	-------------

Imidazol Puffer 500mL

REF 5410014
LOT 9J71BG0.01
 28-Feb-2022

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.2 – 7.6	7.5	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha Fibrinogen, Clauss Method	TCN LOT 1A65B00	3.0 – 4.5 g/L	3.74 OK
	CCAK LOT 2B51B01	2.17 – 3.25 g/L	2.91 OK
Etiketten Überprüfung Label Verification		OK	

**Durchführung von
Prepared by**

Lucas
Lucas ROSENMAYR

14. MRZ. 2017

Datum / Date:

**Freigabe von
Approved by**

Christoph Enne
Christoph ENNE

14. MRZ. 2017

Datum / Date: