	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4E00AZ.02
---	---	-------------

F XI Mangelplasma, nativ 5x1mL

REF 5184004
LOT 4E63B00.01
 30-Sep-2018

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.8	7.7	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P37B01	85.5 – 142.5 %	108.8 OK
	CCA LOT 3P38B01	33.0 – 55.0 %	41.9 OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK	


Durchführung von
Prepared by


Christoph ENNE

17. OKT. 2016

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Laydrin NASHIFI

17. OKT. 2016

Datum / Date: