technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ0W00.01

Technochrom AT III Kit ~ 100 T.

REF 5340224

LOT 0W71B00.01

⌛ 30-Sep-2018

Inhalt Content	Reagenz Reagent	LOT	⌛
1x	AT III Substrate Th-1	8B71B00	31-Mar-2019
1x	Technochrom ATIII Reagent A2	7S61B00	30-Sep-2018
2x25mL	Natrium Chlorid Lösung 0.9%	9562B00	31-Dec-2021

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha Chromogenic Substrate F IIa	CCN LOT 1P37B01	72.8 – 121.3%	103.2	OK
	CCA LOT 3P38B01	28.5 – 47.5%	38.6	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Lavdrim NASUFI

10. MAI 2017
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Stefan STEINER

10. MAI 2017
Datum / Date: