technoclone TC	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ1P00.01

Coagulation Control N 50x1mL

REF 5020050

LOT 1P37B01.03

30-Jun-2019

Analytische Prozedur **Analytical Procedure**		**Anforderung** **Requirement**	**Ergebnis** **Result**	
pH		7.4 – 7.8	7.6	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	F XII Mangelplasma	76.5 – 127.5 %	105.7	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Lavdrim NASUFI

23. JUNI 2017

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Lucas ROSENMAYR

23. JUNI 2017

Datum / Date: