




ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ9600.01

Ceveron[®] Cleaning Solution 3% 25 mL

REF 9820300

LOT 9672B00.01

 31-May-2018

Analytische Verfahren Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	11.5 – 12.5	12.5	OK
Volumen Volume	25.0 – 26.5mL	26.0	OK
Sterilität Sterility	0 CFU/mL	0	OK

Verwendbarkeit, Fibrinogen, Clauss method	TCN LOT 1A71B00	2.5 – 3.8	3.07	OK
	TCA LOT 3A41B00	0.8 – 1.2	1.04	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by


Christoph ENNE

19. JUNI 2017

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Stefan STEINER

19. JUNI 2017

Datum / Date: