

	<h1>Update</h1> <p>Anhang 3 zu PB8101 i.d.a.V.</p>	<p>Dok.Nr.: TF0117.02</p> <p>Ersetzt: TF0117.01</p>
---	--	---

Dieses Update betrifft / Following update refers to:

Produkt / Product	REF	Lot	Ablaufdatum / Expiry date
FVIII INH Reagent Kit 2-4T.	5152005	0F62B00	31-Oct-2017

Wertetabellen-Update / Batch table update

Für das obengenannte Produkt wurden folgende Daten ermittelt:

For the above mentioned product following data were determined:

REF	LOT	⌚	Sollwert/ Nominal value	Kalibrierung durch [®] , nach Calibration by [®] , acc, to

REF	LOT	⌚	Sollwert/ Nominal value	Vertrauensbereich Confidence range	Kalibrierung durch [®] , nach Calibration by [®] , acc, to

Laufzeitverlängerung / Shelf life extension

Basierend auf zusätzlich durchgeführten Lagerungstestungen der Qualitätskontrolle kann dieses Produkt bis **31-Mar-2018** verwendet werden.

Based on additional storage tests in the Quality Control Department the expiry date for this product was extended to **31-Mar-2018**.

Durchführung von
Prepared by

Alessandro BENIGNI

Qualitätskontrolle/ Quality Control

03. OKT. 2017

Datum / Date

Freigabe von
Approved by

Michael KAFKA

Qualitätskontrolle/ Quality Control

03. OKT. 2017

Datum / Date