



Update
Anhang 3 zu PB8101 i.d.a.V.

Dok.Nr.:
TF0117.02

Ersetzt:
TF0117.01

Dieses Update betrifft / Following update refers to:

Produkt / Product	REF	Lot	Ablaufdatum / Expiry date
TECHNOZYM ADAMTS-13 INH 96T.	5450401	RP72B00	31-Dec-2017

Wertetabellen-Update / Batch table update

Für das obengenannte Produkt wurden folgende Daten ermittelt:

For the above mentioned product following data were determined:

REF	LOT		Sollwert/ Nominal value	Kalibrierung durch [®] , nach Calibration by [®] , acc, to

REF	LOT		Sollwert/ Nominal value	Vertrauensbereich Confidence range	Kalibrierung durch [®] , nach Calibration by [®] , acc, to

Laufzeitverlängerung /Shelf life extension

Basierend auf zusätzlich durchgeführten Lagerungstestungen der Qualitätskontrolle kann dieses Produkt bis **31-Jul-2018** verwendet werden.

Based on additional storage tests in the Quality Control Department the expiry date for this product was extended to **31-Jul-2018**.

Durchführung von
Prepared by

Alessandro BENIGNI
Qualitätskontrolle/ Quality Control

03. OKT. 2017
Datum / Date

Freigabe von
Approved by

Michael KAFKA
Qualitätskontrolle/ Quality Control

03. OKT. 2017
Datum / Date