



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ4P00AZ.02

Fletcher Trait Plasma, 2x1mL

REF 5205006

LOT 4P71B00.01

🕒 30-Jun-2019

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH	7.4 – 7.9	7.9	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P37B01	78.0 – 130.0%	127.2	OK
	CCA LOT 3P38B01	34.5 – 57.5%	42.6	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK		

Durchführung von
Prepared by

Christoph ENNE

27. JULI 2017

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Lavdrim NASUFI

27. JULI 2017

Datum / Date: