
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ9A00AZ.02
---	---	-------------

Ca-Chloridlösung 50 mmol/L 100mL

REF 5279025
LOT 9A31004.01
 30-Nov-2019

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
CaCl ₂ -Gehalt CaCl ₂ -Content	47 – 53 mmol/L	50.0	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Lupus Inhibitor Plasma Low LOT 2U41B00	22.8 – 38.0	29.9 OK
Etiketten Überprüfung Label Verification		OK	

**Durchführung von
Prepared by**

Alessandro BENIGNI

05-Feb-2015
Datum / Date:

**Freigabe von
Approved by**

Lucas HOLOVICZ

06-Feb-2015
Datum / Date: