



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3P00.03

Coagulation Control A, 5x1mL


REF 5021055

LOT 3P71B00.01

🕒 2019-05-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Siron LS, sec	46.8 – 57.8	53.0	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK ..	

Durchführung von
Prepared by


Lavdrim NASUFI

09. NOV. 2017
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Christoph ENNE

09. NOV. 2017
Datum / Date: