

	<b>ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ2600.01
---	---	-----------

**TECHNOVIEW® Arixtra CAL 5x1mL**

REF      5090010  
LOT      2671B00.01  
      2019-08-31

Inhalt Content	Reagenz Reagent	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span>	
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 1	2171B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 2	2271B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 3	2371B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 4	2471B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 5	2571B00	2019-08-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	TECHNOVIEW Arixtra Cont low <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span> 3U71B00	0.32 – 0.59µg/mL	0.37	OK
	TECHNOVIEW Arixtra Cont high <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span> 3V71B00	0.59 – 0.98µg/mL	0.76	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

**Durchführung von  
Prepared by**

Lucas ROSENMAYR

27. OKT. 2017

Datum / Date:

**Freigabe von  
Approved by**

Eva Maria HAGER

27. OKT. 2017

Datum / Date: