




ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ4K00AZ.02

Fitzgerald Trait Plasma, 2x1mL

REF 5204006

LOT 4K72B0D.01

 28-Feb-2019

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH	7.4 – 7.9	7.7	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P37B01	77.3 – 128.8 %	103.2	OK
	CCA LOT 3P38B01	27.0 – 45.0 %	36.8	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code verification		OK		

Durchführung von
Prepared by

Michael KAFKA 

05. APR. 2017

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Christoph ENNE

05. APR. 2017

Datum / Date: