



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ0D00AZ

TECHNOTHROMBIN® TGA Cal Set

REF 5006345
LOT 0D73B00.01
⌚ 2019-07-31

Inhalt Content	Reagenz Reagent	LOT	⌚
1 x 3 mL	TGA buffer	9P31B03	2019-11-30
1 x 0.5mL	TGA Thrombin Calibrator	5T71B	2019-07-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
Kalibrierung / Calibration gegen / against WHO 01/580		report	722	OK	
Verwendbarkeit / usability Gerät / Analyzer: Biotek Reader: 197091		Regression der Bezugskurve / regression of the calibration curve	≥ 0.990	0.99	OK
Kontrollwiederfindung Recovery of controls	TGA Control High (nM Peak Thrombin) LOT 1Z71B00	TGA RC High LOT 7F72B00	336 - 560	510.5	OK
		TGA RC Low LOT 7D62B00	207 - 345	274.5	OK
		TGA RB Reagenz LOT 7C71B00	145 - 241	155.8	OK

Durchführung von
Prepared by

Fikret NASUFI *Fikret Nasuh*

13. DEZ. 2017

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Stefan STEINER

13. DEZ. 2017

Datum / Date: