

	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ6V0AAZ.03
---	---	-------------

Dapttin TC 5 x 2 ml

REF 5035060

LOT 6V54BA1.02

⌚ 2018-12-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH		6.6 – 7.2	6.9	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Dapttin TC, sec	CCN LOT 1P71B00	31.0 – 38.2 sec	35.5	OK
		CCA LOT 3P71B00	73.5 – 90.7 sec	88.3	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK		

Durchführung von
Prepared by

Eva Maria HAGER

05. OKT. 2017
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Lucas ROSENMAYR

05. OKT. 2017
Datum / Date: