



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ6E0A.01

Fibrinogen Reagenz 5x2mL

REF 5138085
LOT 6E78BA0.01
🕒 2019-09-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.0 – 8.0	7.7	OK
Restfeuchte Residual moisture	≤3%	1.78	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P71B00	3.17 – 4.75 g/L	3.92	OK
	CCA LOT 3P71B00	1.02 – 1.54 g/L	1.29	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Laydram NASUFI

01. DEZ. 2017
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Stefan STEINER

01. DEZ. 2017
Datum / Date: