



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ1R00.01

Coagulation Reference, 5x1mL

REF 5220110
LOT 1R71B00.02
⌚ 2019-02-28

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.0 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Fibrinogen Clauss method, diluted plasma	3.04 – 3.72 g/L	3.30	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Eva Maria HAGER
Eva Maria Hager

04. DEZ. 2017

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Christoph ENNE
Christoph Enne

04. DEZ. 2017

Datum / Date: