	<b>ANALYSENZERTIFIKAT</b> <b>CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ0N00.02
---	---	-----------

**TECHNOCHROM® F VIII:C 40T.**

REF            5344101


LOT            0N72B00.01

⌚            2019-04-30

Inhalt Content	Reagenz Reagent	LOT	⌚
2x2mL	Substrate for factor Xa 10µmol	8M62B00	2021-09-30
2x2mL	F VIII:C Reagenz A	7M61B01	2019-04-30
2x2mL	F VIII:C Reagenz B	7L71B00	2019-11-30
1x1mL	Reference Standard 1, F VIII:C	2W61B01	2019-04-30
1x1mL	Reference Standard 2, F VIII:C	2X61B01	2019-04-30
1x1mL	Reference Standard 3, F VIII:C	2Y41B03	2019-04-30
1x1mL	Reference Standard 4, F VIII:C	2Z71B0D	2019-09-30
2x8mL	FVIII:C Reaction buffer	9T62B00	2021-07-31
3x30mL	FVIII:C Dilution buffer	9Y71B00	2022-02-28

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P71B00	72.8 – 121.3%	85.3	OK
	CCA LOT 3P71B00	19.1 – 31.9%	27.4	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von  
Prepared by


  
Lavdrih NASUFI

12. DEZ. 2017

Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

**Eva Maria HAGER**  
  
Eva Maria HAGER

  
12-Dez-2017  
Datum / Date: