



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ2600.01

TECHNOVIEW® Arixtra CAL 5x1mL

REF 5090010

LOT 2671B00.02

⌚ 2019-08-31

Inhalt Content	Reagenz Reagent	LOT	⌚
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 1	2171B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 2	2271B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 3	2371B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 4	2471B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 5	2571B00	2019-08-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	TECHNOVIEW Arixtra Cont. Low LOT 3U71B00	0.32 – 0.59 µg/mL	0.41	OK
	TECHNOVIEW Arixtra Cont. High LOT 3V71B00	0.59 – 0.98 µg/mL	0.74	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK		

Durchführung von
Prepared by

Suzana GRESAK PODAKAR
Suzana Gresak Podakar

12. MRZ. 2018

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Eva Maria HAGER
Eva Maria Hager

12. MRZ. 2018

Datum / Date: