



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ6V0BAZ.03

Dapttin TC 6x10mL

REF 5035090

LOT 6V71BB0.01

⌚ 31-May-2019

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH	6.6 – 7.2	7.0	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Dapttin TC, sec TCN LOT 1A71B00	31.8 – 39.2 sec	35.5	OK
	TCA LOT 3A72B00	79.7 – 98.5 sec	85.6	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK		

Durchführung von
Prepared by


Stefan STEINER

19. JUNI 2017
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Christoph ENNE

19. JUNI 2017
Datum / Date: