



ANALYSENZERTIFIKAT  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3P00.03

Coagulation Control A, 5x1mL


REF 5021055

LOT 3P71B00.01

⌚ 2019-05-31


Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Siron LS, sec	46.8 – 57.8	53.0	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK ..	

Durchführung von  
Prepared by

  
Lavdrim NASUFI

09. NOV. 2017  
Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

  
Christoph ENNE

09. NOV. 2017  
Datum / Date: