
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ6V0A.03
---	---	-----------

Dapttin TC 5x2 ml

REF 5035060
LOT 6V73BA0.01
 2019-09-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result			
pH	6.6 – 7.2	6.8	OK		
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Dapttin TC, sec	CCN LOT 1P71B00	31.0 – 38.2 sec	31.4	OK
		CCA LOT 3P71B00	73.5 – 90.7 sec	76.6	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK		

Durchführung von
Prepared by


Eva Maria HAGER

12. JAN. 2018
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Stefan STEINER

12. JAN. 2018
Datum / Date: