



	<b>ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ6L0B.01
---	---	-----------

**Siron LIS (aPTT liquid) 2x4 mL**

REF      5035118  
LOT      6L81BA0.01  
      2020-02-29

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.0 – 7.6	7.1	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">LOT</span> 1P71B00	26.0 – 32.0 sec	30.5    OK
	CCA <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">LOT</span> 3P71B00	65.1 – 80.3 sec	72.7    OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification		OK	

**Durchführung von  
Prepared by**

  
**Eva Maria HAGER**

17. MAI 2018  
 Datum / Date:

**Freigabe von  
Approved by**

  
**Christoph ENNE**

17. MAI 2018  
 Datum / Date: