
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ2600.01
---	---	-----------


TECHNOVIEW® Arixtra CAL 5x1mL

REF 5090010
LOT 2671B00.02
 2019-08-31

Inhalt Content	Reagenz Reagent	LOT	
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 1	2171B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 2	2271B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 3	2371B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 4	2471B00	2019-08-31
1x1mL	TECHNOVIEW Arixtra Cal 5	2571B00	2019-08-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	TECHNOVIEW Arixtra Cont. Low LOT 3U71B00	0.32 – 0.59 µg/mL	0.41	OK
	TECHNOVIEW Arixtra Cont. High LOT 3V71B00	0.59 – 0.98 µg/mL	0.74	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

**Durchführung von
Prepared by**

Suzana GRESAK PODAKAR


12. MRZ. 2018

Datum / Date:

**Freigabe von
Approved by**

Eva Maria HAGER


12. MRZ. 2018

Datum / Date: