
	<b>ANALYSENZERTIFIKAT</b> <b>CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ6E0A.01
---	---	-----------


### Fibrinogen Reagenz 5x2mL

REF      5138085  
LOT      6E78BA0.01  
      2019-09-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.0 – 8.0	7.7	OK
Restfeuchte Residual moisture	≤3%	1.78	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">LOT</span> 1P71B00	3.17 – 4.75 g/L	3.92	OK
	CCA <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">LOT</span> 3P71B00	1.02 – 1.54 g/L	1.29	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

**Durchführung von**  
**Prepared by**

  
Laydjin NASUFI

01. DEZ. 2017  
Datum / Date:

**Freigabe von**  
**Approved by**

  
Stefan STEINER

01. DEZ. 2017  
Datum / Date: