



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ4K00AZ.02

Fitzgerald Trait Plasma, 2x1mL

REF 5204006

LOT 4K83B0D.01

 2020-06-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH	7.4 – 7.9	7.7	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P71B01	58.2 – 97.0 %	81.7	OK
	CCA LOT 3P71B01	23.1 – 38.5 %	31.0	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code verification		OK		

Durchführung von
Prepared by

Suzana GRESAK PODAKAR

16. JULI 2019

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Eva Maria HAGER

16. JULI 2019

Datum / Date: