
	ANALYSENZERTIFIKAT CERTIFICATE OF ANALYSIS	DQ4P00.02
---	---	-----------

Fletcher Trait Plasma, 2 x 1 mL

REF 5205006
LOT 4P71B00.02
 2019-06-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.4 – 7.9	7.9	OK


Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P71B00	71.3 – 118.8 %	103.9	OK
	CCA LOT 3P71B00	34.5 – 57.5 %	53.2	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

**Durchführung von
Prepared by**


Eva Maria HAGER

21. FEB. 2018
Datum / Date:

**Freigabe von
Approved by**


Suzana GRESAK PODAKAR

21. FEB. 2018
Datum / Date: