



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ6V0B.03

Dapttin TC 20x10 mL

REF 5035100
LOT 6V74BB0.01
⌚ 2019-09-30

| Analytische Prozedur Analytical Procedure | Anforderung Requirement | Ergebnis Result | |
|--|----------------------------|--------------------|---------|
| pH | 6.6 – 7.2 | 6.8 | OK |
| Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha | CCN LOT 1P71B00 | 31.0 – 38.2 sec | 32.5 OK |
| | CCA LOT 3P71B00 | 73.5 – 90.7 sec | 77.8 OK |
| Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification | | OK | |

Durchführung von
Prepared by


Eva Maria HAGER

10. JAN. 2018
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Stefan STEINER

11. JAN. 2018
Datum / Date: