



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3500AZ.01

TECHNOVIEW Rivaroxaban CONT M 5x1 mL

REF 5090173

LOT 3571B00.01

 2019-09-30

Analytische Verfahren Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.6	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron Alpha®	Anti Xa Rivaroxaban	86.2 – 143.6 ng/mL	110.4	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by


Christoph ENNE

04. DEZ. 2017
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Stefan STEINER

04. DEZ. 2017
Datum / Date: