
	<b>ANALYSENZERTIFIKAT</b> <b>CERTIFICATE OF ANALYSIS</b>	DQ9J0A.01
---	---	-----------

### Imidazol Puffer 500mL

REF      5410014  
LOT      9J83BG0.01  
      2023-07-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.2 – 7.6	7.4	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha Fibrinogen, Clauss Method	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CCN</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span> 1P71B01	3.17 – 4.75 g/L	3.94    OK
	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CCA</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span> 3P71B01	1.02 – 1.54 g/L	1.26    OK
Etiketten Überprüfung Label Verification		OK	

**Durchführung von**  
**Prepared by**

  
Eva Maria HAGER

17. JULI 2018  
Datum / Date:

**Freigabe von**  
**Approved by**

  
Christoph ENNE

17. JULI 2018  
Datum / Date: