



ANALYSENZERTIFIKAT  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3C00.02

TECHNOVIEW UFH Control L 5x1mL

REF 5090072

LOT 3C71B00.01

🕒 2019-12-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® Alpha	Anti-Xa UFH	0.18 – 0.34 IU/mL	0.26	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von  
Prepared by

  
Christoph ENNE

17. JAN. 2018

Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

  
Stefan STEINER

17. JAN. 2018

Datum / Date: