



ANALYSENZERTIFIKAT  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ3J00.02

TECHNOVIEW UFH CONT HIGH 5x1mL

REF 5090074

LOT 3J71B00.01

 2019-12-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negativ Negativ Negativ	Negativ Negativ Negativ	OK
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Anti-Xa (UFH)	0.38 – 0.63 IU/mL	0.56	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von  
Prepared by

  
Christoph ENNE

17. JAN. 2018

Datum / Date:

Freigabe von  
Approved by

  
Stefan STEINER

17. JAN. 2018

Datum / Date: