



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ6E0A.01

Fibrinogen Reagenz 5x2mL

REF 5138085

LOT 6E84BA0.01

🕒 2020-05-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure	Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH	7.0 – 8.0	7.5	OK
Restfeuchte Residual moisture	≤3%	0.16	OK

Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	CCN LOT 1P71B00	3.17 – 4.75 g/L	3.52	OK
	CCA LOT 3P71B00	1.02 – 1.54 g/L	1.13	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by

Eva Maria HAGER
Eva Maria HAGER

26. JUNI 2018

Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Suzana GRESAK PODAKAR
Suzana GRESAK PODAKAR

26. JUNI 2018

Datum / Date: