



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ1P00.01

Coagulation Control N 5x1 mL

REF 5020040


LOT 1P71B01.01

 2020-07-31

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result	
pH		7.4 – 7.8	7.7	OK
Virologie Virology	HBsAg / HBsAg HIV-AK / HIV-Ab HCV-AK / HCV-Ab	Negative Negative Negative	Negative Negative Negative	OK


Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Siron LS	23.0 – 28.4 sec	26.1	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK	

Durchführung von
Prepared by


Stefan STEINER

23. AUG. 2018
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by


Christoph ENNE

23. AUG. 2018
Datum / Date: