



ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

DQ6V0B.03

Dapttin TC 6x10mL

REF 5035090

LOT 6V75BB0.01

⌚ 2019-11-30

Analytische Prozedur Analytical Procedure		Anforderung Requirement	Ergebnis Result		
pH		6.6 – 7.2	7.0	OK	
Verwendbarkeit Usability Ceveron® alpha	Dapttin TC, sec	CCN LOT 1P71B00	31.0 – 38.2 sec	32.4	OK
		CCA LOT 3P71B00	73.5 – 90.7 sec	74.1	OK
Etiketten und Barcode Überprüfung Label and bar code Verification			OK		

Durchführung von
Prepared by

Eva Maria HAGER

15. MRZ. 2018
Datum / Date:

Freigabe von
Approved by

Stefan STEINER

16. MRZ. 2018
Datum / Date: